

总抗氧化能力（FRAP 法）试剂盒说明书

微量法 100T/96S

注 意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

研究意义：

测定对象中各种抗氧化物质和抗氧化酶等构成总抗氧化水平。在生物学、医学和药学研究中常常检测血浆、血清、唾液、尿液等各种体液，细胞或组织等裂解液、植物或中草药抽提液及各种抗氧化物(antioxidant)溶液的总抗氧化能力。

测定原理：

在酸性环境下，抗氧化物质还原 Fe^{3+} -三吡啶三吡嗪(Fe^{3+} -TPTZ)产生蓝色的 Fe^{2+} -TPTZ 的能力反映了总抗氧化能力。

自备实验用品：

恒温水浴锅、低温离心机、酶标仪、96 孔板和蒸馏水。

试剂组成和配制：

提取液：液体 120mL×1 瓶，使用前预冷。

试剂一：液体 20 mL×1 瓶，避光保存。

试剂二：液体 2 mL×1 瓶，4℃避光保存。

试剂三：液体 2 mL×1 瓶，避光保存。

混合液(现配现用)：将试剂一、试剂二、试剂三按 10:1:1 的比例混合，使用前 37℃预温。

样品的制备：

(1) 血清、血浆、唾液或尿液等液体样品

血浆（制备时可以使用肝素或柠檬酸钠抗凝，不宜使用 EDTA 抗凝）4℃，5000rpm 离心 10min，取上清待测。血清、唾液或尿液样品直接用于测定，也可以-80℃冻存（不宜超过 30 d）后再测定。

(2) 组织样品

按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）进行冰浴匀浆，然后 10000g，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

(3) 细胞样品

按照细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎（功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；10000g，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

操作步骤：

1、酶标仪预热 30min，调节波长至 593nm。

2、操作表

	空白管	测定管
样品（ μL ）		10
提取液（ μL ）	10	
混合液（ μL ）	190	190

充分混匀，反应 20min，于 96 孔板，测定 593nm 吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$

注 意：空白管只需测定一次，若测定管吸光值大于 1.5 则需要用提取液稀释。

总抗氧化能力计算公式：

标准曲线： $y = 1.2416x + 0.0134$ $R^2 = 0.9996$ x: Trolox 浓度($\mu\text{mol/mL}$)
y: 吸光值差值 ΔA

单位定义: 用从标准曲线上获得的抗氧化剂 Trolox 的量来表示样本的总抗氧化能力。（1）按样本质量计算

$$\text{总抗氧化能力 } (\mu\text{mol Trolox/g 鲜重}) = (\Delta A - 0.0134) \div 1.2416 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) = 0.8054 \times (\Delta A - 0.0134) \div W$$

（2）按样本蛋白浓度计算

$$\text{总抗氧化能力 } (\mu\text{mol Trolox/mg prot}) = (\Delta A - 0.0134) \div 1.2416 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times C_{\text{pr}}) = 0.8054 \times (\Delta A - 0.0134) \div C_{\text{pr}}$$

（3）按细胞计算

$$\begin{aligned} \text{总抗氧化能力 } (\mu\text{mol Trolox}/10^4 \text{cell}) &= (\Delta A - 0.0134) \div 1.2416 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量 (万个)}) \\ &= 0.8054 \times (\Delta A - 0.0134) \div \text{细胞数量 (万个)} \end{aligned}$$

（4）按液体体积计算

$$\text{总抗氧化能力 } (\mu\text{mol Trolox/mL}) = (\Delta A - 0.0134) \div 1.2416 = 0.8054 \times (\Delta A - 0.0134)$$

$V_{\text{样总}}$: 加入提取液体积，1 mL； $V_{\text{样}}$: 反应中样品体积，10 μL ； W : 样品质量，g； C_{pr} : 样本蛋白浓度，mg/mL

注意事项：

1. 试剂二对人体有刺激性，请采取适当的防护措施。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴乳胶手套操作。
2. 尽量避免使用在酸性条件下呈蓝色或接近蓝色的试剂，否则对本试剂盒的检测结果产生干扰。

